

Ogarnij cukrzycę

Chcesz ogarniać cukrzycę z glukometrem Accu-Chek Instant
połączonym z mySugr?
Sprawdź, czy Twój telefon jest kompatybilny z aplikacją!

Każdego dnia zbieramy nowe informacje na temat działania telefonów z aplikacją mySugr. Staramy się aktualizować ją na bieżąco, by współpracowała z jak największą liczbą modeli smartfonów – także tych najnowszych.

Poniżej znajdziesz listę modeli, która została przez nas zweryfikowana pod kątem kompatybilności z aplikacją mySugr:



Modele kompatybilne

iPhone (od wersji 5 w górę)
Google Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7, Pixel
Huawei P10
LG G4, K10
Motorola X8
OnePlus 3
Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2017), Galaxy Note 5, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy Tab A 10.1 S Pen LTE, Galaxy Tab S 10.5,
Sony Xperia X Compact, Xperia Z3



Modele niekompatybilne

Asus Zenphone
HTC One, One M8
Huawei GR5 (2017), 6X, P10 Lite, P8 Lite, Mate 9 Lite, Honor 6X
Mobistel Cynus F10
Motorola Droid Turbo, Moto E4, Moto G (5), Moto Z (2), Play,
Wiko LENNY2
Sony Xperia XA2 (Ultra)
ZTE AXON 7 mini, B2017G, BLADE A510, V0800, V8, A452, A510, L2, Zmax, M1



Minimalne wymagania:
system Android w wersji 5.1
lub iPhone model 5

Powyższa lista nie obejmuje wszystkich modeli smartfonów – **tylko te, które zostały już zweryfikowane przez nas i naszych użytkowników**. Dlatego jeśli Twój telefon nie łączy się poprawnie z mySugr, prosimy skontaktuj się z nami. Pomożemy we właściwym zgłoszeniu problemu twórcom aplikacji, a także uzupełnimy listę z myślą o nowych użytkownikach.

Kontakt:

e-mail: accu-chek.polska@roche.com
tel.: 801 080 104 (pn – pt, godz. 8-16)