

Lista kompatybilnych telefonów aplikacji mySugr oraz glukometru Accu-Chek Instant w Polsce jest bardzo duża i dotyczy:

- Wszystkich smartfonów z systemem **Android w wersji 5.1 lub wyższej**
- Wszystkich smartfonów **iPhone w wersji 5.0 lub wyższej**

Lista modeli telefonów na świecie jest baaaardzo duża i nie jest to możliwe aby przetestować je wszystkie. Jeśli Twój model telefonu nie znajduje się poniżej na liście telefonów które nie działających na 100%, to niestety nie zostały przetestowane.

Lista modeli telefonów nie działających na 100%

- Asus Zenphone
- HTC One, HTC One M8
- Huawei GR5 2017, Huawei Mate 9 Lite, Huawei Honor 6X, Huawei 6X, Huawei P10 Lite, Huawei P8 Lite
- Mobistel Cynus F10
- Motorola Droid Turbo, Motorola Moto E (4), Motorola Moto E4, Motorola Moto G (5), Motorola Moto G (5th Gen), Motorola Moto Z (2) Play, Wiko LENNY2ZTE AXON 7 mini,
- Sony Xperia XA2 (Ultra)
- ZTE B2017G, ZTE BLADE A510, ZTE BLADE V0800, ZTE BLADE V8, ZTE BLADE A452, ZTE BLADE A510, ZTE BLADE L2, ZTE BLADE Zmax, ZTE BLADE dtac phone M1